



Tuotenumero 3924



Excellent

Pitkä tutkimuskäsine, ABENA Excellent, S, sininen, nitrili, puuteriton

- ✓ Erittäin pitkä
- ✓ Joustava
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ei sisällä lateksiproteiineja



Tuotekuvaus

Pitkä tutkimuskäsine, vahvempi materiaali. Joustava ja istuu hyvin käteen. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoitotehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratoriotyötehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiproteiineja, joten käyttö on turvallista myös lateksiallergiatapauksissa.



MEDIUM
GRIP



EN374-5:2016



374-1:2016/
Type B



EN 420
EN 455

AQL
1.0

EN 421:2010



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Pitkä tutkimuskäsine
Brändi	ABENA
Alabrändi	Excellent
Koko	S
Väri	Sininen
Ominaisuudet	Karhennetut sormenpäät, lateksiton, pitkävartinen, keskitason pito, rullareuna
Ominaisuudet	Puuteriton
Yksi vai useampi käyttökerta	Single use
Materiaali	Nitrili
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium Nitrate, Chlorine, T 2227 blue, PL 1508 blue
Pituus/syvyys	300 mm
Leveys	86 mm
Paksuus	0,09 +/- 0,02 mm
Todistukset	CE. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit. CAT III. MD.
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN 420, EN 455, AQL 1.0, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-2:2019
Direktiivit, asetukset ja säädökset	(EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Store dry, clean and at room temperature.
Tuotteen hävittämishojeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Pakkauksen hävittämisohteet Voidsaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Käyttöohjeet

Tarkista käsi- ja välineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	1000 kpl	31 cm	26 cm	29.5 cm	5703538116995
pkt	100 kpl	28 cm	12.5 cm	6 cm	5703538116971
paria	2 kpl				
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 300 mm.



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsi- ja välineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsi- ja välineiden kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäymistä.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsi- ja välineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat n-heptaani, 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

EN 420

Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.

EN 455

EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.

